

技術詞彙表

本詞彙表載有本文件所用有關我們業務的若干釋義及技術詞彙。因此，部分詞彙及釋義未必與其業內標準釋義或用途一致。

「ASTM」	指	美國材料及試驗學會，為負責制定及發佈各類材料、產品、系統及服務的自願共識技術標準的國際標準組織
「ASTM F2100」	指	美國材料及試驗學會國際組織發佈的醫用口罩性能標準，包括有關過濾效率、透氣性及液體阻擋能力的要求
「B2B」	指	企業對企業，指公司之間進行的交易或業務，例如機構買家、醫院及政府機構，而非公司與個人消費者之間的交易
「B2C」	指	企業對消費者，指公司透過零售渠道直接與個人消費者進行的交易或業務
「細菌過濾效率」	指	細菌過濾效率，用於評估口罩材料或成品過濾含細菌飛沫能力的指標
「潔淨空氣輸出率」	指	潔淨空氣輸出率，用於空氣淨化器的性能指標，計量在指定時間內輸出的過濾空氣流量
「複合年增長率」	指	複合年增長率，即某特定指標在指定期間內的年化增長率，假設該指標在該期間內以固定比率複合增長
「碳纖維」	指	一種由細碳纖維絲束製成的輕量、高強度複合材料，常用於結構性及行動輔助產品
「CE MDR」	指	歐盟醫療器材法規，為規範在歐盟銷售醫療器材的監管框架
「COVID-19」	指	2019冠狀病毒病，由SARS-CoV-2病毒引起的傳染病
「EN 12184」	指	一項歐洲標準，其規定電動輪椅、電動代步車及其充電器的要求及測試方法
「EN 14683」	指	訂明醫用口罩的結構、設計、性能要求及測試方法的歐洲標準

技術詞彙表

「EN 149」	指	訂明用作顆粒物呼吸防護裝置的過濾式半口罩的最低要求、測試及標記的歐洲標準
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局，為美國衛生及公共服務部下屬的聯邦機構
「FFP2/FFP3」	指	根據EN149，過濾式口罩呼吸器的高效過濾等級呼吸防護標準
「GMP」	指	良好生產規範，即適用的生產標準、控制及程序，旨在確保產品始終按照適當的質量標準進行生產及控制
「HEPA」	指	高效率空氣微粒過濾，指一類用於從氣流中去除空氣中微細顆粒的空氣過濾介質
「人類偏肺病毒」	指	人類偏肺病毒，一種常見的呼吸道病毒，可引起上呼吸道及下呼吸道疾病
「水膠體」	指	一種保濕性敷料材料，常用於傷口護理產品中，有助於保護傷口並促進癒合
「次氯酸」	指	一種常用於消毒及衛生清潔的消毒溶液
「IEC」	指	國際電工委員會，為電氣、電子及相關技術的國際標準
「工業4.0」	指	將先進技術(如自動化無塵室、機器人技術及人工智能驅動的質量控制)整合到製造及工業流程中
「ISO」	指	國際標準化組織
「聯合開發製造」	指	一種合作製造安排，各方在該安排下共同開發產品，包括設計、原型製作、認證及生產佈置等環節
「KF94」	指	符合韓國標準的過濾式口罩呼吸器，其空氣懸浮顆粒的過濾效率約為94%
「KF99」	指	符合韓國標準的過濾式口罩呼吸器，其空氣懸浮顆粒的過濾效率約為99%
「KN95」	指	中國政府制定的過濾式口罩呼吸器監管標準GB 2626，表明對非油性空氣懸浮顆粒的過濾效率約為95%
「熔噴」	指	一種不織布，常用作口罩等個人防護產品中的過濾層

技術詞彙表

「中東呼吸綜合症」	指	中東呼吸綜合症，由冠狀病毒(MERS-CoV)引起的病毒性呼吸道疾病，於2012年在沙特阿拉伯首次發現
「港鐵」	指	香港鐵路，服務香港的主要公共交通網絡
「不織布濾材」	指	一種無需織造即可製成的布料，常用作口罩產品的過濾介質
「原始設計製造」	指	原始設計製造，製造商按照客戶的要求設計及製造產品，並最終以客戶的品牌名稱或無特定品牌進行營銷及銷售
「原始設備製造」	指	原始設備製造，製造商按照客戶的設計及規格製造產品，並以客戶的品牌名稱或無特定品牌進行營銷及銷售
「非處方藥」	指	就醫療保健產品而言，指無需處方即可直接銷售給消費者的產品
「微粒過濾效率」	指	微粒過濾效率，或亞微米微粒過濾效率，用於評估口罩材料或成品過濾微細顆粒能力的指標
「快速抗原檢測」	指	快速抗原檢測
「研發」	指	研究及開發
「呼吸道合胞病毒」	指	呼吸道合胞病毒，一種高度傳染的呼吸道病毒，通常引起輕微的類似感冒症狀，但可能導致高風險人群出現嚴重感染
「SARS」	指	嚴重急性呼吸綜合症，由冠狀病毒(SARS-CoV)引起的病毒性呼吸道疾病，於2003年在亞洲首次發現
「熱塑性聚氨酯」	指	熱塑性聚氨酯，為一種聚合物材料，廣泛應用於醫療保健及消費性產品領域，包括傷口敷料、黏合劑及薄膜
「TypeCool+過濾技術」	指	我們若干口罩產品的不織布濾材所用的專利過濾技術。提供24小時高效過濾
「USB-C」	指	Universal Serial Bus Type-C，一種行業標準連接器，可通過單一電纜傳輸數據及電力，常用於現代個人保健及電子設備